

Nº	Imagen	Producto	Datos del producto			Riesgo	Medidas de Reacción	Motivo del Riesgo
			Marca	Modelo	Lote			
941 / 2020 (IN / 106 / 2020)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95"	GVE , 5 LAYER OF PROTECTION	KN95		Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	Incumple la Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis provocada por el COVID-19, al no presentar la autorización temporal
942 / 2020 (IN / 107 / 2020)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95" PROTECTIVE MASK"	Mascarilla Protective Mask	KN95 modelo FYM-95		Microbiológico	Prohibición de comercialización Retirada del mercado	Incumple la Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis provocada por el COVID-19, al no presentar la autorización temporal
943 / 2020 (IN / 108 / 2020)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95" PROTECTIVE MASK"	WEIXIAO	no consta		Microbiológico	Prohibición de comercialización Retirada del mercado	No dispone de autorización temporal
944 / 2020 (IN / 109 / 2020)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95" PARTICULATE RESPIRATOR"	KANGERDA			Microbiológico	Informativa	No consta la autorización temporal
945 / 2020 (IN / 110 / 2020)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95" "DE ALTO RENDIMIENTO INFANTIL"	Sin marca	Ref: SF-008		Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	No dispone de autorización temporal
946 / 2020 (IN / 111 / 2020)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95" "DE ALTO RENDIMIENTO ADULTOS"	Sin marca	Ref:SY- KN95		Microbiológico	Prohibición de comercialización Retirada del mercado	No dispone del correcto marcado CE
947 / 2020 (IN / 112 / 2020)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN	CHIBAILIAN	2020.5		Microbiológico	Retirada del mercado Prohibición de comercialización	No dispone del correcto marcado CE

							
948 / 2020 (CE / 1214 / 2020)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95"	JINLILAI SI		202000103	Microbiológico Retirada del mercado Prohibición de comercialización	La filtración (penetración del material del filtro) es superior al 5% requerido por la Norma
949 / 2020 (CE / 1217 / 2020)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95/FFP2"	AH CHANGLI	fecha fabricación: marzo 2020,		Microbiológico Retirada del mercado Prohibición de comercialización	La filtración (penetración del material del filtro) es superior al 5% requerido por la Norma
950 / 2020 (CE / 1219 / 2020)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "TK-N95 FFP2"	KGT			Microbiológico Retirada del mercado Prohibición de comercialización	La retención de partículas / filtro del material es insuficiente
951 / 2020 (C1 / - 0123 / 2020)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "N95"	STEELPRO SAFETY	NIOSH 2740CV RESPIRATOR		Microbiológico Retirada del mercado Prohibición de comercialización	No tiene certificación de un organismo notificado
952 / 2020 (C1 / - 0125 / 2020)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95/FFP2"				Microbiológico Informativa	El producto anuncia servir como protector contra partículas (virales), pero su capacidad de filtrado no ha sido certificada por un centro relevante (europeo)
953 / 2020 (C1 / - 0127 / 2020)		(DN3664010) MASCARILLA DE PROTECCIÓN "FFP2"	NAN'AN PANDA LEGEND DAILY NECESSITIES TECHNOLOGY Co. Ltd	ref. KZ-103		Microbiológico Retirada del mercado Prohibición de comercialización	El producto lleva marcado CE y alega ser FFP2 pero no está certificado por ningún organismo europeo autorizado